



식품의약품안전처



수신 수신자 참조

(경유)

제목 의료기기 안전성 정보 알림[필터 수액세트]

1. 귀 단체(기관)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 수액세트에 사용되는 필터의 종류에 따른 공기제거 방법(프라이밍) 및 사용 시간 등에 관한 안전성 정보가 입수되어, 의료기관 및 의료진에게 불임의 사항을 준수할 것을 권고하오니, 귀 단체(기관)의 회원에게 적극 홍보하여 주시기 바랍니다.
3. 아울러, 의료기기 관련 부작용 등 이상사례 인지 시, 우리 처 전자민원창구 (<http://emed.mfds.go.kr>>보고마당>이상사례보고)를 통해 즉시 보고할 수 있도록 널리 알려주시기 바랍니다.

불임 필터 수액세트 안전성 정보 관련 권고사항 1부. 끝.

식품의약품안전처장

수신자 한국의료기기안전정보원장, 의료기관평가인증원장, 대한병원협회장, 대한중소병원협회장, 대한의사협회장, 대한개원의협의회장, 대한간호협회장, 의료기기 안전정보 모니터링센터장(17개기관)



주무관 손혜경 연구관 양원선 의료기기안전평가 전결 2022. 1. 25.
과장 성홍모

협조자

시행 의료기기안전평가과-378 (2022. 1. 25.) 접수

우 28159 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 식품의약품안전
처 행정동 5층 515호 의료기기안전평가과 / www.mfds.go.kr

전화번호 043-719-5007 팩스번호 043-719-5000 / mild1763@korea.kr / 비공개(5)