

☎ 04427 서울시 용산구 이촌로46길 37(이촌동) [http://www.kma.org] / 전화(02)6350-6536 / 전송(02)793-8702
의무법제국장 김상구(6573)/ 의무팀장 이재용(6540)/ 팀원 전지숙(6536)/ E-mail: kma-js123@naver.com

문서번호 대의협 제0626-14251호

시행일자 2024. 2. 5.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 의료기기 안전성 정보 알림 및 협조요청[인공어깨관절](식품의약품안전처)

1. 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 식품의약품안전처 의료기기안전평가과-640 (2024. 2. 1.)

3. 상기 근거와 관련하여, 식품의약품안전처에서 의료기기 수입업체 (주)이그잭텍코리아가 수입·판매한 ‘인공어깨관절(Exactech社, 미국)’ 중 초고분자량 폴리에틸렌 재질의 제품이 포장재질에 문제*가 있음을 확인하여 우리협회에 알려온바, 귀 회의에 전달드리오니 귀 회 소속 산하단체 및 회원들에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

* 에틸렌비닐알콜층이 없는 진공나일론백에 포장됨

※붙임 : 식품의약품안전처 관련 공문(및 붙임자료) 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건의를사협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장