



대구지방식품의약품안전청

수신 수신자 참조

(경유)


제목 의료기기 판매중지 명령 해제 알림[(주)비에스코퍼레이션]

1. 관련 : 의료제품안전과-7858호(2024.7.17.)[의료기기 판매중지, 회수·폐기 및 회수사실 공표 등 명령 알림]
2. 우리 청 관내에서 판매중지 명령한 다음의 의료기기에 대하여 판매중지 명령이 종료되었음을 알려드리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

업체명(업종, 업허가번호)	(주)비에스코퍼레이션(제조업, 제3903호)
해당 제품	매일착용소프트콘택트렌즈(제허21-665호)
판매중지 명령일자	2024. 7. 17.
판매중지 명령사유	의료기기 수거 부적합 (자외선투과율)
판매중지해제 종료 사유	시정조치 완료 (제조공정기록 개선 및 지정시험검사기관 성적서 제출 등)

끝.

대구지방식품의약품안전청장



수신자 식품의약품안전처장(의료기기관리과장), 식품의약품안전처장(의료기기안전평가과장), 식품의약품안전평가원장(첨단의료기기과장), 식품의약품안전평가원장(체외진단기기과장), 식품의약품안전평가원장(심혈영상기기과장), 식품의약품안전평가원장(정형재활기기과장), 식품의약품안전평가원장(구강소화기기과장), 서울지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료기기안전관리과장), 부산지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 경인지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 운영지원과장, 광주지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(운영지원과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품실사과장), 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 대전광역시, 충청북도지사, 울산광역시, 충청남도지사, 경기도지사, 전북특별자치도지사, 전라남도지사, 경상북도지사, 경상남도지사, 제주특별자치도지사, 세종특별자치시장, 강원특별자치도지사, 국민건강보험공단이사장, 건강보험심사평가원장, 한국의료기기안전정보원장, 사단법인한국의료기기산업협회, 대한의사협회

주무관

손성실

의료제품안전 전결 2024. 9. 6.

과장

김효정

협조자

시행 의료제품안전과-9888

(2024. 9. 6.)

접수

우 41069

대구광역시 동구 이노밸리로 345, 1층 의료제품안전과(신서동)

/ <http://www.mfds.go.kr>

전화번호 053-589-2758

팩스번호 053-592-2711

/ gshock282@korea.kr

/ 비공개(7)

힘내라 대한민국!