




## 식품의약품안전처



수신 수신자 참조

(경유)

제목 중고의료기기 사용 관련 협조 요청

1. 귀 협회의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 최근 의료기관 사용 중고 의료기기(인공호흡기)에 대한 품질관리 실태점검 실시 결과, 일부 제품에서 '중고의료기기 검사필증'이 부착되지 않은 사례가 확인되었습니다.
3. 이에, 의료기관에서 중고 의료기기를 구매할 경우에는 중고 의료기기에 대한 품질검사 및 검사필증 부착 유무 등을 확인 후 구매하고 사용할 수 있도록 귀 협회 회원사·회원 등에 안내·홍보하여 주시기 바랍니다. 끝.

## 식품의약품안전처장

수신자 대한병원협회장, 대한의사협회장, 대한치과병원협회장, 대한치과 의사협회장



주무관

최승은

사무관

출장

의료기기관리 전결 2024. 10. 29.

과장

정호

협조자

시행 의료기기관리과-8725

(2024. 10. 29.)

접수

우 28159

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187, 오송보건의료행  
정타운 / [www.mfds.go.kr](http://www.mfds.go.kr)

전화번호 043-719-3808

팩스번호 043-719-3800

/ [choise@korea.kr](mailto:choise@korea.kr)

/ 비공개(5,7)

힘내라 대한민국!