

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37[<http://www.kma.org>]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702
의무법제국장 김상구(6573)/ 의무팀장 이은혜(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedi@naver.com

문서번호 대의협 제626-11854호

시행일자 2025. 2. 4.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 품질부적합 의료기기 판매중지 및 회수, 회수사실 공표 등 명령 알림[조인
메디칼(주)](서울지방식품의약품안전청)

1. 귀 회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거 : 서울지방식품의약품안전청 의료기기안전관리과-671(2025. 1. 23.)

3. 상기 호에 의거하여, 서울지방식품의약품안전청에서 관내 의료기기 수입 업체인 '조인메디칼(주)'에서 수입·판매한 「비가열식흡입기」에 대하여 '판매중지·회수 및 회수사실 공표 등 명령'하였음을 우리협회에 알려온 바, 이를 전달드리오니 귀 회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

○ 대상제품(명령일자 : 2025. 1. 23.(목))

업종	업체명 (업체허가번호)	품목명 (인증번호, 모델명)	판매중지 및 회수사유	위해성 정도
수입	조인메디칼(주) (제232호)	비가열식흡입기 (수인21-4004호, P0915EM-2)	수거·검사 품질 부적합 (의료기기의 전기·기계적 안전에 관한 공통기준규격- 전원입력)	3

※ 붙임 : 서울지방식품의약품안전청 관련 공문 1부. 끝.

대한의사협회장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장
(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공
중보건의를협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장