

우: 04427 서울특별시 용산구 이촌로46길 37 [http://www.kma.org]/전화(02)6350-6536 전송(02)793-8702
의무법제국장 광석철(6573)/ 의무팀장 박일현(6540)/ 팀원 조시형(6536)/ E-mail: kmamedia@naver.com

문서번호 대의협 제0626-03503호

시행일자 2025. 6. 30.

수 신 수신처 참조

참 조

제 목 의료기기 회수·회수사실 공표 명령 및 시정, 예방조치 명령 알림_(주)뉴로플러스(서울지방식품의약품안전청)

1. 귀회의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련 근거 : 서울지방식품의약품안전청 의료기기안전관리과-5016(2025. 6. 27.)

3. 상기 호에 의거하여, 서울지방식품의약품안전청에서 관내 의료기기 수입 업체인 '(주)뉴로플러스'에서 제조·판매한 「두피뇌파용전극」 품목에 대하여 '회수·회수사실 공표명령 및 시정·예방조치 명령'('25. 6. 25.(수))하였음을 우리 협회에 알려진 바, 이를 전달드리오니 귀회 소속 산하단체 및 회원에게 널리 안내하여 주시기 바랍니다.

○ 대상 제품(명령일자 : 2025. 6. 25.(수))

품목명(모델명)	판매기간	명령 사유	위해성 정도
두피뇌파용전극 (Neuro Cup-G 120, 150)	2020. 12. 30 ~ 2021. 11. 26.	무신고 의료기기 제조·판매	3

※ 붙임 : 서울지방식품의약품안전청 관련 공문 1부. 끝.

대한 의 사 협 회 장

“국민의 건강과 행복, 의협이 함께 합니다”



수신처 : 각시도의사회장, 대한의학회장(26개 전문과목학회장), 대한개원의협의회장(각과개원의협의회장), 대한병원의사협의회장, 대한전공의협의회장, 대한공중보건의를협의회장, 한국여자의사회장, 대한병원장협의회장